

Протокол №11

Об итогах закупок изделий медицинского назначения и медицинской техники, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования запроса ценовых предложений

г.Атырау

«09»апреля 2018г.

1. Заказчик – КГП на ПХВ « Атырауская городская поликлиника №5» Управление здравоохранения Атырауской области.г.Атырау ул.Айтеке би 24

2. Организатор закупки: КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5» Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау ул.Айтеке би 24

Предмет закупки:

№	Наименование товара	Характеристика	Ед. изм.	Ко л-во	Цена	Сумма
1	Холодильник фармацевтический	Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; дверь стеклянная с энергосберегающим покрытием и замком; дополнительные прозрачные дверки полок, автоматическое поддержание температуры от заданной: отображение температуры на табло панели управления: отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм.препаратов-2шт. Общий объем -400л. Объем холодильной камеры -400л. Высота -1950мм. Глубина -607мм. Ширина -600мм. Масса не более 89 кг. Номинальная потребляемая мощность 250Вт. Напряжение 220В. Гарантия 1 год. 2 системы оттаивания морозильной камеры. Температура в холодильной камере +2.....+14	штука	2	542 000	1 084 000
2	Анализатор билирубина у новорожденных фотометрически	светофильтром, определяющие рабочие длины волн прибора. Длина волн в максимуме пропускания, нм: 492+-20; 523+-	штука	2	1 030 000	2 060 000

й капиллярный со встроенной автокалибровкой	20. Спектральная ширина на полувысоте, нм: 12+-4;12+-4. Диапазон измерений оптической плотности на двух длинах волн составляют от 0,01 до 1,5Б. Пределы допускаемой погрешности при измерении оптической плотности: абсолютная погрешность в диапазоне от 0,01 до 0,3Б-0,01Б.; относительная погрешность в диапазоне от 0,301 до 1,5Б-3%. Прибор должен иметь оптический выход (ИК-связь) для соединения с принтером «Устройством печатающим к анализаторам с оптическим каналом связи для передачи информации . С помощью встроенного в прибор оптического инфракрасного канала связи передача данных через адаптер для персонального компьютера на ПК. Прибор должен работать от сети переменного тока, с напряжением 220В и 22В и частотой 50Гц через источник питания -220В\=(5,0+-) В,0,5А. Прибор должен быть готов к работе через 5 с после подачи на него напряжения питания. Ток потребления прибора — не более 100мА при напряжении питания 5В. Потребляемая мощность - 1,В*А. Габаритные размеры, не более, мм: прибора-200*110*70; источника питания-96*95*52. Масса прибора с источником питания, но без комплекта запасных части и принадлежности (ЗИП) не более 1кг, в полном комплекте поставки не более 1,2кг. Средний срок службы прибора- не менее 5 лет при средней интенсивности эксплуатации 7 часов в сутки. Единица измерения концентрации билирубина- мкмоль\л. Диапазон измерения концентрации общего билирубина крови 0- 500мкмоль\л. Погрешность				
---	---	--	--	--	--

		определения концентрации общего билирубина, обусловленная абсолютная погрешность измерения оптической плотности: абсолютная погрешность в диапазоне 0-150 мкмоль/л-4 мкмоль/л. Относительность погрешность в диапазоне 150-500 мкмоль/л-3%. Объем крови для исследования-2 секунды. Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте включаются в стоимость поставки.				
--	--	--	--	--	--	--

3.Закуп проводится в соответствии с пунктами 101 и 104 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств ,профилактических (иммунобиологических,диагностических, дезинфицирующих) препаратов , изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (далее-Правила)

4.Следующие потенциальные поставщики представили свой ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Местонахождение потенциального поставщика
1	ТОО «Pharmalogica»	г.Атырау, ул.Кулманова, 113, офис 5
2	ТОО «FORTIS PAI»	г.Алматы, ул.Жамбыла,175,кв.29

5.Комиссия по проведению закупа способом запроса ценовых предложений , рассмотрев поступившие ценовые предложения, РЕШИЛА:

Признать победителем по данному закупу, следующего поставщика:

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Поставщик
1	Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 POZIS	штука	2	492 000	984 000	ТОО «Pharmalogica»
2	Анализатор билирубина АБФН-04 НПП-ТМ	штука	2	980 000	1 960 000	ТОО «Pharmalogica»

6.Заклучить в течение трех календарных дней договор закупа лекарственных средств,профилактических (иммунобиологических,диагностических, дезинфицирующих) препаратов , изделий медицинского назначения и медицинской техники,

фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2018 год с ТОО «Pharmalogica» на сумму 2 944 000 тенге.

Председатель комиссии :



Джумагалиева К.У.

Члены комиссии :



Мусина М.Б.



Ашикбаева Т.

Секретарь комиссии :



Нурланова Ж.