

Заявка

Запрос ценовых предложений на закуп медицинской техники и ИМН

КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5 Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее-ценовой закуп) по закупу следующих товаров (медицинской техники и изделий медицинского назначения):

Лоты:

№	Наименование	Характеристика препарата с указанием дозировки, контрацепции и лекарственной формы	Единица измерения	Кол-во	Сумма
1	Холодильник фармацевтический	Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; дверь стеклянная с энергосберегающим покрытием и замком; дополнительные прозрачные дверки полок, автоматическое поддержание температуры от заданной: отображение температуры на табло панели управления: отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм.препаратов-2шт. Общий объем -400л. Объем холодильной камеры -400л. Высота -1950мм. Глубина -607мм. Ширина -600мм. Масса не более 89 кг. Номинальная потребляемая мощность 250Вт. Напряжение 220В. Гранатия 1 год. 2 системы оттаивания морозильной камеры. Температура в холодильной камере +2...+14	шт	2	1084 000
2	Анализатор билирубина у новорожденных фотометрический капиллярный со встроенной автокалибровкой	светофильтром, определяющие рабочие длины волн прибора. Длина волн в максимуме пропускания, нм: 492+-20; 523+-20. Спектральная ширина на полувысоте, нм: 12+-4;12+-4. Диапазон	шт	2	2 060 000

		измерений оптической плотности на двух длинах волн составляют от 0,01 до 1,5Б. Пределы допускаемой погрешности при измерении оптической плотности: абсолютная погрешность в диапазоне от 0,01 до 0,3Б-0,01Б.; относительная погрешность в диапазоне от 0,301 до 1,5Б-3%. Прибор должен иметь оптический выход (ИК-связь) для соединения с принтером «Устройством печатающим к анализаторам с оптическим каналом связи для передачи информации». С помощью встроенного в прибор оптического инфракрасного канала связи передача данных через адаптер для персонального компьютера на ПК. Прибор должен работать от сети переменного тока, с напряжением 220В и 22В и частотой 50Гц через источник питания - 220В\=(5,0+-) В,0,5А. Прибор должен быть готов к работе через 5 с после подачи на него напряжения питания. Ток потребления прибора — не более 100мА при напряжении питания 5В. Потребляемая мощность - 1,В*А. Габаритные размеры, не более, мм: прибора-200*110*70; источника питания-96*95*52. Масса прибора с источником питания, но без комплекта запасных частей и принадлежности (ЗИП) не более 1кг, в полном комплекте поставки не более 1,2кг. Средний срок службы прибора- не менее 5 лет при средней интенсивности эксплуатации 7 часов в сутки. Единица измерения			
--	--	---	--	--	--

		концентрации билирубина-мкмоль\л. Диапазон измерения концентрации общего билирубина крови 0-500мкмоль\л. Погрешность определения концентрации общего бидирубина, обусловленная абсолютная погрешность измерения оптической плотности: абсолютная погрешность в диапазоне 0-150 мкмоль\л-4 мкмоль\л. Относительность погрешность в диапазоне 150-500 мкмоль\л-3%.Объем крови для исследования-2 секунды. Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте включаются в стоимость поставки.			
--	--	---	--	--	--

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.

Адрес Заказчика: г.Атырау, улица Айтеке би 24

Товары должны поставляться по адресу: г.Атырау, улица Айтеке би 24

Срок поставки: в течении 30(тридцать) календарных дней после получения заявки от Заказчика

Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Место представления/приема/документов: г.Атырау, ул Айтеке би 24 (здание КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5» Управления здравоохранения Атырауской области, 36кабинет)

Окончательный срок подачи документов до 09.04.2018 до 11.00 ч. включительно

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 9.04.2018
17.00 час в 36 кабинет